

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel: *FN Olomouc*

Ev. č. *C 000 159 - 000*

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r. o. provedl dle objednávky uživatele kontrolu zdravotnického prostředku podle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a pokynů výrobce, souvisejících norem, předpisů a doporučení.

Zdravotnický prostředek: *CARDIOVIT AT - 10*

Výrobce: **SCHILLER AG**
CH-6340 Baar
Švýcarsko

Výrobní číslo: *170-00784*
Třída ZP: *IIa*
Třída ochrany ZP: *I CF*

Vizuální kontrola

	Ano	Ne
Je přístroj umístěn stabilně a v suchém prostředí?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je kryt přístroje nepoškozen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jsou ovládací prvky, světelné kontrolky a obrazovky v pořádku?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jsou síťový kabel, zemnění, elektrody, kabely a konektory nepoškozeny?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jsou používány podtlakové elektrody?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Typ: *RACU BOY D* Výrobní číslo: *001902*

Funkční kontrola

V pořádku:	Ano	Ne	Neprovádí se		Ano	Ne	Neprovádí se
Klávesnice:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EKG zesilovač:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Display:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrační impuls:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiskárna:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Automatický tisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Posuv papíru:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akumulátor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rychlost posuvu:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Linearita:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalibrace spirometru:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Poznámka:

Bezpečnostní kontrola:

Měřený parametr:	Naměřená hodnota	Limit (podle dop. ČES 33.03.95)
odpor ochr. zemnicího vodiče	<i>0,18</i> Ω	≤ 0,2 Ω
unikající proud síťová - přístupná část	<i>0,32</i> mA	≤ 0,5 mA
unikající proud síťová - příložná část	<i>0,012</i> mA	≤ 0,5 mA (B,BF), 0,05mA (CF)

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

Hodnocení: Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP: *X6/2009*

Datum kontroly: *16.6.2008*

Kontrolu ZP provedl:

Kardio Line spol. s r. o.
Antonínská 5
602 00 BRNO