

**A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.**  
170 00 Praha 7, Letohradská 3/369  
DIČ: 005-63983524  
Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

**Servis Brno**  
612 00 Brno, Palackého 77  
Mob.: 602144459

**Protokol**  
**o preventivní kontrole zdravotnického prostředku**  
**dle zák. 123/2000 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1**

<b>Poskytovatel</b>	FN Olomouc	<b>Typ zdravotnického prostředku</b>	
adresa	I. interna	<b>Holter tlakový MEDITECH ABPM</b>	
		Rok výroby	
kontaktní	tel.:	Výrobní číslo	48137
osoba	tel.:	Provozní hodiny	
<b>FUNKČNOST</b> Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku. Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.			
<b>BEZPEČNOST</b> Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.			
<b>ZÁVĚR KONTROLY</b>  Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek <b>je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.</b>			
Přístroje použité pro kalibrace a měření: WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853 MEDITEST 50 SN: 204005			
<b>Kontrolu provedl:</b>	Ing. Karel Kellner	<b>Razítko a podpis:</b> <b>A. M. I.</b> <b>- Analytical Medical Instruments, s.r.o.</b> pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63983524	
<b>Kontrola provedena dne:</b>	7.8.2007		
<b>Termín příští kontroly:</b>	srpen 2008		

*Kellner* (16)