

A.M.I. Analytical Medical Instruments, s.r.o.

170 00 Praha 7, Letohradská 3/369

DIČ: 005-63983524

Tel.: 257325606 Fax.: 257326855

Servis Brno

612 00 Brno, Palackého 77

Mob.: 602144459

Protokol

o preventivní kontrole zdravotnického prostředku dle zák. 123/2000 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1

Poskytovatel	FN Olomouc	Typ zdravotnického prostředku	
adresa	I. interna	Holter tlakový MEDITECH ABPM	
		Rok výroby	
kontaktní	tel.:	Výrobní číslo	48138
osoba	tel.:	Provozní hodiny	
FUNKČNOST Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku. Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.			
BEZPEČNOST Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.			
ZÁVĚR KONTROLY Na základě provedených měření dle metodického pokynu pro měření od výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku, zdravotnický prostředek je bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro něž je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí a je možno jej dále používat pro poskytování zdravotní péče.			
Přístroje použité pro kalibrace a měření: WIKA 909.40.500 pressure calibrators SN: 9072853 MEDITEST 50 SN: 204005			
Kontrolu provedl:	Ing. Karel Kellner	Razítko a podpis:	
Kontrola provedena dne:	7.8.2007	A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. pobočka: PALACKÉHO 77, 612 00 BRNO tel.: 257 325 606, fax: 257 326 855 DIČ: CZ63963524 (16)	
Termín příští kontroly:	srpen 2008		