



Protokol PBTk

provedena periodická bezpečnostní technická kontrola ano=x

Protokol KEZP

provedena kontrola elektrického zdravotnického přístroje ano=x

Dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a dle ČSN EN 60601-1, ČSN 332140, dop. ČES 330395

Protokol č.: LJ08179

K výkazu práce č.: ZL 07/08

provozovatel: FN Olomouc, I.P. Pavlova 6					oddělení:	
název	výrobní číslo	typ	r.v.	inventurní číslo	poznámka	
Chiroskop	43-81-2941	12D332	81	DO58661-000	Přístroj na základě Chirokopu, minimalizován na použití pouze na sklápěcí stůl. Všechny zbytné díly vč. zdroje IR demontovány.	

1. PBTk

Poř.č.	Popis provedeného úkonu	stav
1.1	Prohlídka přístroje-vizuální kontrola	vyhovuje
1.2	Kontrola mechanických částí a krytů	vyhovuje
1.3	Kontrola, promazání a očištění mechanických částí	vyhovuje
1.4	Kontrola stavu kabeláže, koncovek, ochranných vodičů a pojistek	vyhovuje
1.5	Kontrola signalizace, ovládání a funkce přístroje	vyhovuje

2. KEZP

Poř.č.	Provedené měření	naměř. hodn.	jedn.	stav
2.1	Impedance smyčky	0,8	Ω	vyhovuje
2.2	Izolační odpor	>50	M Ω	vyhovuje
2.3	Odpor ochranného vodiče	0,07	Ω	vyhovuje
2.4	Vybovovací proud proudového chrániče	<30	mA	vyhovuje
2.5	Unikající proud		mA	není možno měřit

3. poznámky, doporučení, připomínky:

bez připomínek

4. závěr:

Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví.

5. použité měřicí přístroje:

PU 170 v.č. 8038819 , PU 184 v.č. 9693401

datum provedení kontroly: 16.6.2008

kontrolu provedl: Langar Jan

měsíc/rok příští kontroly: 06/09

19-06-2008

protokol převzal dne, podpis