

Protokol o prověření zdravotnického prostředku periodickou kontrolou ve smyslu úpravního znění zákona č. 123/2000 Sb.

JIP

Vlastník:

Fakultní nemocnice Olomouc

Město:

Olomouc

Ulice:

I.P.Pavlova 6

PSČ:

775 20

Oddělení:

I.interna, ambulance

Číslo objednávky:Smlouva

Číslo CSO:10731

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
M1205A	3642A13144	Prosinec 2008	I 018 665 <i>amb JIP</i>
M1700A	3412A08451	Prosinec 2008	Doporučujeme výměnu baterie I 0172 <i>85 AMB</i>
M1771A	CND4941743	Prosinec 2008	I 019 061 <i>ECHO</i>
M1771A	CNA4001601	Prosinec 2008	I 017 335 <i>AMB</i>

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen v rozsahu testů, předepsaných výrobcem.

VYHOVĚL po stránce funkční, elektrické a mechanické bezpečnosti a může být nadále používán ke stanovenému účelu.

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána

Datum 19.12.2007

podpis + razítko

Podpis

S&T
IT SOLUTIONS & SERVICES

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994 13
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz

HYB Bar, Czech Republic a.s.
IČ: 49148 2423700 - CZK
IČ: 49148 8602700 - EUR
Swiftcode: BACX02PP

IČ: 2570 1576
DIČ: CZ2570 1576

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1998
oddíl C, vložka 62478
Městský soud v Praze