

Protokol o prověření zdravotnického prostředku periodickou kontrolou ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000 Sb.

170117
JIP

Vlastník:
Fakultní nemocnice Olomouc

Město:
Olomouc

Ulice:
I.P. Pavlova 6

PSČ:
775 20

Oddělení:
I. interní klinika JIP

Číslo objednávky: Smlouva

Číslo CSO: 10731

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
M1205A	3642A12061	prosinec 2008	I 018666 MONITOR
M1205A	3642A13007	prosinec 2008	I 018658 MONITOR
M1722A	3714A11076	červen 2008	I 018640 - def. amb
M8004A	DE44038074	prosinec 2008	?
M8002A	DE62227936	prosinec 2008	I 023121 MONITOR
M8002A	DE62234414	prosinec 2008	I 023186 MONITOR

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen v rozsahu testů, předepsaných výrobcem.

VYHOVĚL po stránce funkční, elektrické a mechanické bezpečnosti a může být nadále používán ke stanovenému účelu.

****Upozornění:** jestliže nastane na tomto typu přístroje závada, není možno zaručit jeho úspěšnou opravu, protože přístroj je již mimo servisní podporu výrobce (nedostupnost některých náhradních dílů)

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána
Datum 19.12.2007
podpis + razítko

Handwritten signature

S&T
IT SOLUTIONS & SERVICES

S&T Plus s.r.o.
Novodvorská 994 ⑨
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 505
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz

PHILIPS, Czech Republic a.s.
IČ: 49149 249 2700 - CZK
IČ: 49149 860 2700 - EUR
Swiftcode: BACXZPP

IČ: 2570 1576
IČ: CZ 2570 1576

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1993
oddíl C, vložka 02478
Městský soud v Praze