

Protokol o pravidelné kontrole elektrického zařízení

Níže podepsaný pracovník firmy

CARDION s.r.o.
Rybnická 136
634 00 BRNO

stvrzuje tímto svým podpisem, že provedl jednoroční pravidelnou kontrolu níže uvedeného elektrického zařízení:

Externí kardiostimulátor Pacesetter 3070

Výrobní číslo: A-583

umístěného na: *I. Interní klinice FN Olomouc*

Součástí pravidelné kontroly elektrického zařízení (prováděné na základě §28 a §52 zákona č. 123/2000 Sb.) je kontrola technického stavu kardiostimulátoru, kontrola výstupních hodnot, kontrola elektrické bezpečnosti přístroje a případný upgrade nového uživatelského software.

Celkový technický stav:
Provedená měření:

v pořádku
šířka výstupního stimulačního impulsu
amplituda výstupního stimulačního impulsu
frekvence stimulace
snímání/inhibice stimulačního impulsu
impedance

U všech provedených měření se výstupní signál a jeho parametry shodují s nastavenými hodnotami.

Elektrická bezpečnost:
Upgrade software:

v pořádku

Závěr kontroly: Kontrolovaný přístroj je v dobrém technickém stavu a je schopen bezpečného provozu. Datum další kontroly: 11/2006



Ivo Nekuda

.....
Čitelné jméno a podpis pracovníka

V Olomouci dne 22.11.2005

CARDION s.r.o.

Rybnická 136, 634 00 Brno
Tel: +420 547 241 313
Tel/fax: +420 547 241 314