

po 9. 2005
C 005 458

Protokol o bezpečnostně technické kontrole

FIRMA

BIOTRONIK Praha spol. s r.o., Krajanská 340, 149 01 Praha 4,
registrace: Městský soud v Praze, spis. zn. C. 2104
IČO: 16191242 DIČ: CZ16191242

***provedla ve smyslu § 52 zákona č. 346/2003 Sb.
na I. interní klinice FN Olomouc
pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolu přístroje***

UHS 20

Diagnostický kardiostimulátor

SN: 12 30 64 45 ev.č.: 158

Provedená měření:

- šířka výstupního stimulačního impulsu
- amplituda výstupního stimulačního impulsu
- frekvence stimulace
- sensing(snímání)/inhibice stimulačního impulsu
- ostatní programovatelné funkce přístroje

Vyjádření:

Ve všech měřených parametrech se výstupní signál a jeho parametry shodují s nastavenými hodnotami. Datum další bezpečnostně technické kontroly: 07/2006.

V Olomouci dne 15.7.2005

Ing. Miroslav Tregler
 **BIOTRONIK**
BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.
Krajanská 340
P.O. Box 8
149 00 Praha 415

 **BIOTRONIK**