

Protokol o technické kontrole

FIRMA

BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.
Polygon House, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
registrace: Městský soud v Praze, spis. zn. C. 2104
IČO: 16191242 DIČ: CZ16191242

**provedla ve smyslu § 52 zákona č. 346/2003 Sb.
na I. interní klinice FN Olomouc
pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolu přístroje**

UHS 20

diagnostický kardiostimulátor

SN: 12 30 64 45 ev.č.: C000158-000

Provedená měření:

- šířka výstupního impulsu
- amplituda výstupního impulsu
- perioda stimulace
- časové umístění přidavných extrastimulů
- sensing

Vyjádření:

Ve všech měřených parametrech se výstupní signál shoduje s nastavenými hodnotami. Datum další bezpečnostně technické kontroly: 09/2009.

V Praze, 27.8.2008

 **BIOTRONIK**

BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.
POLYGON HOUSE
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4


Ing. Marek Lasota