

# Protokol o bezpečnostně technické kontrole

## FIRMA

BIOTRONIK Praha spol. s r.o., Krajanská 340, 149 01 Praha 4,  
registrace: Městský soud v Praze, spis. zn. C. 2104  
IČO: 16191242 DIČ: CZ16191242

**provedla ve smyslu § 52 zákona č. 346/2003 Sb.  
na I. interní klinice FN Olomouc  
pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolu přístroje**

## UHS 20

Diagnostický kardiostimulátor

SN: 12 33 08 06

### Provedená měření:

- šířka výstupního stimulačního impulsu
- amplituda výstupního stimulačního impulsu
- frekvence stimulace
- sensing (snímání)/inhibice stimulačního impulsu
- ostatní programovatelné funkce přístroje

### Vyjádření:

Ve všech měřených parametrech se výstupní signál a jeho parametry shodují s nastavenými hodnotami. Datum další bezpečnostně technické kontroly: 07/2006.

V Olomouci dne 15.7.2005

Ing. Miroslav Tregler  
 **BIOTRONIK**  
BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.  
Krajanská 340  
P.O. Box 8  
149 00 Praha 415

---

 **BIOTRONIK**