

*sz/uk*

# Protokol o technické kontrole

## FIRMA

BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.  
Polygon House, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4  
registrace: Městský soud v Praze, spis. zn. C. 2104  
IČO: 16191242 DIČ: CZ16191242

***provedla ve smyslu § 52 zákona č. 346/2003 Sb.  
na I. interní klinice FN Olomouc  
pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolu přístroje***

## UHS 20

diagnostický kardiostimulátor  
SN: 12 33 08 06 ev.č.: C005923-000


### Provedená měření:

- šířka výstupního impulsu
- amplituda výstupního impulsu
- perioda stimulace
- časové umístění přídavných extrastimulů
- sensing

### Vyjádření:

Ve všech měřených parametrech se výstupní signál shoduje s nastavenými hodnotami. Datum další bezpečnostně technické kontroly: 07/2008.

V Praze, 24.7.2007

  
**BIOTRONIK**  
BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.  
POLYGON HOUSE  
Doudlebská 1699/5  
140 00 Praha 4  
Ing. Marek Lasota