

firma: Hruška Zdeněk, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63686121

Datum: 15.12.2006

číslo protokolu: 06034

### Protokol o provedené technické kontrole zdravotnického prostředku

Název	KARDIOMONITOR	typ	LKM 220
výrobce	TESLA V.M.	rok výroby	1990
klinika	II.INTERNA	oddělení	30D-JIP
výrobní číslo	W90371	inv.číslo	016342

#### Vizuální kontrola

kryt přístroje	OK
ovládací prvky	OK
síťový přívod	ODNIMATELNÝ

#### Bezpečnostní elektrická zkouška

Un (V)	220V	metoda:	izolační stav-náhradní měření	
Pn (W)	70	přímé měření	síťová část	
tř.ochrany	I/II.	unikajících proudů	příložná část	<0,02mA
mat.přívodu	CYSY3x0,75		příložná část	
délka přívodu	1,5M		přístupná část	<0,01mA

#### Ověření technických parametrů

	naměřená hodnota	stanovená hodnota
kontrola napájecího zdroje +/- 15V	14,9V	14,5-15V
kontrola rychlosti stopy ekg 1 Hz	25cm/s	25cm/s+/-10%
měření tepové frekvence generátorem 1 Hz	.61	60+/-10%
měření amplitudy R-vlny generátorem 1 mV	32mm	30-40mm
kontrola alarmových mezí min/max	2/8s	2-5/8-13s
test pulstachometru stimulačním impulsem	OK	LCO 100

#### Použité měřicí přístroje

Název	Typ	v.č.	číslo protokolu
kontrolní a revizní přístroj	Meditest 50	204036	00200/1M50
monitorní tester	LCO 100	AD 0704	25/2004
digitální multimetr	HC-M 890 G	BH142XP04	01/12/04
posuvné měřítko	Somet Inox	-	
stopky	Slava	178062	

X Kontrolovaný přístroj splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj po odstranění závad splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj nespĺňuje technické parametry dané výrobcem

**HRUŠKA ZDENĚK**  
Výroba, instalace a opravy  
el. strojů a přístrojů  
Růžová 158, Valašské Meziříčí  
IČO: 63686121  
Vypracoval: Zdeněk Hruška

Doporučený termín příští kontroly : XII 07