medisap
A PART OF HOSPIMED s.r.o.

I 017445

Protokol o prověření zdravotnického prostředku
dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4*

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
II.interní klinika
Přístroj Monitor životních funkcí
Typ SMU 611
Výrobní číslo 2555

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.	
☒	☐	**Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)**	
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace	
☒	☐	Modul EKG	
☒	☐	Modul NIBP – PRESSNI	
☒	☐		
☒	☐		

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,16 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,12 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřící přístroje : Meditest 50 (v.č. 204026), DMU R-100 (v.č. 1275/03)

Technik : Pavel Kovář Provedeno dne : 30.12.2005

Podpis : Datum příští kontroly : Po jednom roce

medisap, s.r.o., Na Rovnosti 5, 130 00 Praha 3, Czech republic tel.+420 22500 1511, fax +420 22500 1522