



# TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

## PROTOKOL č. 005 / 2008

### o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: <i>019406</i> <i>1.č. 1014026-000</i>	<b>INFUZNÍ PUMPA</b>	NEMOCNICE: <b>FN Olomouc</b> <b>I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc</b>
INSTALACE: <i>7.7.1997</i>	<b>ARCOMED VP 5000</b>	ODD.: <i>II. INTERNA</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>DOBRY</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri <i>50 MΩ</i> Rz <i>0,07 Ω</i> ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>12V 1,7Ah / 135mA</i>
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBRE</i>
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBRE</i>
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, <u>100</u> , <u>300</u> , 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVIĎA'</i>
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ <i>7-0</i>	<i>15 kPa</i>
Stav mechanických dílů:		<i>DOBRY</i>

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1(2)3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: *007/2008*

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 30 -01- 2008

Termín další kontroly: *30.1.2010*

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.  
MEDICAL  
Na Zatlance 5  
150 00 PRAHA 5  
kancelář: Starobrněnská 13  
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouč  
odd. hlavního mechanika  
technik VTZ  
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC  
tel.: 588 445 817, fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení **ČSOB Praha** č.úctu **576455083/0300**

IČO **45797803**

DIČ **CZ45797803**

Praha : Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5

Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno

e-mail: [transkontakt@medicalk.com](mailto:transkontakt@medicalk.com)

Zelená linka: 800 100 895

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226

Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052

Www stránky: [www.medicaltk.com](http://www.medicaltk.com)