



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlace 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 006 / 2008

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 024 706 i.e. 101 J025-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 4.4.1994		ODD.: II. INTERNA

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 MΩ Rz 404 Ω ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12 V 1,7 Ah / 120 mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, 100, 300 , 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDA'
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 4-0	65 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBRY

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 006/2008

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 30 -01- 2008

Termín další kontroly: 30.1.2010

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal: **Zdeněk Suchomel**



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlace 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

odd. hlavního mechanika
technik VTZ
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 445 817, fax: 588 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení **ČSOB Praha** č.úctu 576455083/0300

Zelená linka: 800 100 895

IČO 45797803
DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlace 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
Www stránky: www.medicaltk.com