

Název přístroje: DC - defibrilátor Výrobní číslo : HA 674 Inv.č. I012371-000

Výrobce: Chirana-Stará Turá ,SR Třída el. bezp. : II. Typ : CF

Provozovatel :
adresa : FN Olomouc I.P.Pavlova 6 ,Olomouc
oddělení : II. Interní klinika endoskopie**1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje****Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou**

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložná část	0,008 mA	0,05 mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,063 mA	0,1 mA	Vyhovuje

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola defibrilačních elektrod a příslušenství	Vyhovuje
2.5.	Kontrola ovládání , signalizace a funkce přístroje	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek

4. Závěr**Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.****Použité měřící přístroje přístroje (název,typ, v.č.) :**

MEDITEST 50 v.č.200 350, Defibrillator analyzér FLUKE QED 6, Multimetr METEX M-4650CR v.č.EF711836, Osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,

Datum provedení kontroly : **7.2.2008**Datum příští PBTK : **02/2009**Kontrolu provedl (jméno a podpis) : **Jiří Ištuk**CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

-12-

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink opravI.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529Protokol převzal :
(datum,jméno a podpis)