



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA *CH04* Třída, kategorie : *I*
 Výrobce : *CHRONAX* Výrobní číslo : *93-057*
 Zákazník : FN OLOMOUC *II. INT. KLIN. EPIDEMIOLOGIE* *I 017 003 - 000*

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~
 Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~
 Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~
 Zjištění závady ano ~~ne~~
 Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
 el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou metodou	Sít'ová-přístupná část	<i>0,06</i>	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	MA
	Sít'ová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	MA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		<i>0,08</i>	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č 976097

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : *20.12. 2007*

Datum příští kontroly : *11/2008*

Měření provedl : *WUET*

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
 Mlýnská 42
 658 32 Brno
