

PROTOKOL O KONTROLE ELEKTRICKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

Č. 15/01-2007

Podle ČSN EN 60601-1, doporučení ČES 33.03.95 v návaznosti na Zákon č.123/2000 Sb.a č.130/2003 Sb.

POSKYTOVATEL:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
ONKOLOGIE – ODDĚLENÍ 42 C**

KONTROLU PROVEDL:

Jaroslav ALBRECHT – revizní technik

OSVĚDČENÍ:

ev.č. ITI 4242/9/05/R-EZ-E2/A

OPRÁVNĚNÍ:

ev.č. ITI 10 475/9/02/EZ-M,R-E2/A

KONTROLA PROVEDENA:

10.ledna 2007

MĚŘENÍ PROVEDENO:

MEDITEST 50 v.č. 980333

Kalibrační list č. 1429 / 06

KONTROLOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ PŘÍSTROJ:

REKTOSKOP – zdroj studeného světla

Inventární čís: 15 399	Rok výr. 1983	Výrobní čís. 86589	Výrobce: MEDEXPORT	Typ OC 100
Kategorie používání	Un = 220 V	In =	Pn = 200 VA	Třída ochrany II.

Podmínky měření: - sestava
- délka síťového přívodu
- materiál síťového přívodu

Přístroj měřen s pevně připojeným síťovým přívodem
3 m
HO3VVH2 – F 2x0,5

Odpor ochranného vodiče u tř.I

-

Izolační odpor:

> 10 M-Ω

Unikající proud: Metoda (mA)

Měření náhradního unikajícího proudu

- síťová část – přístupné části
- síťová část – příločná část
- příločná část – přístupné části

0,01 mA

Celkové hodnocení:

Možno nadále používat

Termín další kontroly:

LEDEN 2009

Zjištěné závady:

Bez závad.

V BOLELOUCI dne: 10.ledna 2007

89 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
301 Jaroslava G. 775 20 Olomouc
211 oddělení 42C, 42, 4F
Poskytovatel

Jaroslav ALBRECHT
revizní technik
el. zařízení
a hromosvodů
Revizní technik