

PROTOKOL O KONTROLE

OLYMPUS

OLYMPUS C&S, spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 111

Servis ČR

spotřební elektronika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 226 Fax 221985598

zdravotní technika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221985393,4 Fax 221985505

Servis SR

spotřební elektronika
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,
☎ +421 244 457 933
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika
Teplická 99, Piešťany
☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc II. interní klinika - endocentrum I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc DIČ: 379-00098892	PŘÍSTROJ:	VÝROBNÍ ČÍSLO:	DAT.PRODEJE:
	TJF-140R	2910738	..
	PŘÍSLUŠENSTVÍ:		

KONTROLA	☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52.			☐ PO OPRAVĚ		
VÝROBEK	1. ☐ zdravotnický dg.th. 2. ☐ elektrický	☐ zdravotnický IVD ☒ neelektrický	☐ ostatní			
ZKOUŠENO DLE ČSN EN	☐ 60 601 - 1 ☐	☐ předpis Olympus ☐	☐			
POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE	☐ secutest v.č.: ☐	☐ MH9974710002 ☐	☐ M53694458 ☐	☐ MH9974710001 ☐	☐	

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU

1. napájení	☐ 1 fáz.	☐ 3 fáz.	☐ bateriové	☐ z předepsaného zdroje
2. třída ochrany	☐ I.	☐ II.	☐ I. + II.	☐ + bateriové
3. typ dle 601-1	☐ B	☐ BF	☐ CF	☐ nevztahuje se

B) PROHLÍDKA

Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje

poznámka	naměř. hod.	J	V	NA	N
1. kryty, větrací otvory, držadla					
2. ovládací a kontrolní prvky					
3. přívody, vidlice, přívodka					
4. nádoby na kapalinu					
5. propojovací prvky					
6. příslušenství					
<i>Orlačák</i>					
<i>Orlačák</i>					
<i>Ještěk</i>					

C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST měření a hodnoty viz příložený záznam

	Ω	mA	mA	mA	mA	VA
1. odpor ochr. spojení						
2. unikající proud zem						
3. unikající proud kryt						
4. unikající proud pacient						
5. unikající proud při poruše (max.)						
6. příkon						
7.						

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE ☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

Olomouc

dne 21-02-2007

Jméno zkoušejícího

podpis

OLYMPUS CAS spol. s r.o.
180 41 Praha 6, Evropská 176/16
IC: 14691972
Tel: 221 985 227

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9002 pro prodej a servis zdravotnických prostředků

