

# PROTOKOL O KONTROLE

# OLYMPUS

OLYMPUS C&S , spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,  
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221 985 111

## Servis ČR

spotřební elektronika  
Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221 985 226 Fax 221985598

zdravotní technika  
Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221985393,4 Fax 221985505

## Servis SR

spotřební elektronika  
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,  
☎ +421 244 457 933  
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika  
Teplicka 99, Piešťany  
☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628

|                                                                                                                                                                       |                       |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ZÁKAZNÍK:</b><br><b>Fakultní nemocnice Olomouc</b><br><b>II. interní klinika - endocentrum</b><br><b>I.P.Pavlova 6</b><br><b>775 20 Olomouc</b><br>DIČ: CZ00098892 | <b>PŘÍSTROJ:</b>      | <b>VÝROBNÍ ČÍSLO:</b> | <b>DAT.PRODEJE:</b> |
|                                                                                                                                                                       | CV-160                | 7208448               | 01.10.2002          |
|                                                                                                                                                                       | <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b> |                       |                     |

**KONTROLA** ☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52. ☐ PO OPRAVĚ

**VÝROBEK** 1. ☐ zdravotnický dg.th. ☐ zdravotnický IVD ☐ ostatní  
2. ☒ elektrický ☐ neelektrický

**ZKOUŠENO DLE ČSN EN** ☒ 60 601 - 1 ☐ předpis Olympus ☐  
☐ ☐

**POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE** ☒ secutest v.č.: ☐ MH9974710002 ☐ M53694458 ☒ MH9974710001 ☐  
☐ ☐ ☐

## A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU

1. napájení ☒ 1 fáz. ☐ 3 fáz. ☐ bateriové ☐ z předepsaného zdroje  
2. třída ochrany ☒ I. ☐ II. ☐ I. + II. ☐ + bateriové  
3. typ dle 601-1 ☐ B ☒ BF ☐ CF ☐ nevztahuje se

## B) PROHLÍDKA

Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje

|                                 | poznámka | naměř. hod. | J | V | NA | N |
|---------------------------------|----------|-------------|---|---|----|---|
| 1. kryty,větrací otvory,držadla |          |             |   | ✓ |    |   |
| 2. ovládací a kontrolní prvky   |          |             |   | ✓ |    |   |
| 3. přívody, vidlice, přívodka   |          |             |   | ✓ |    |   |
| 4. nádoby na kapalinu           |          |             |   |   | ✓  |   |
| 5. propojovací prvky            |          |             |   | ✓ |    |   |
| 6. příslušenství                |          |             |   | ✓ |    |   |

## C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

měření a hodnoty viz příložený záznam

|                                      |  |    |  |  |  |
|--------------------------------------|--|----|--|--|--|
| 1. odpor ochran. spojení             |  | Ω  |  |  |  |
| 2. unikající proud zem               |  | mA |  |  |  |
| 3. unikající proud kryt              |  | mA |  |  |  |
| 4. unikající proud pacient           |  | mA |  |  |  |
| 5. unikající proud při poruše (max.) |  | mA |  |  |  |
| 6. příkon                            |  | mA |  |  |  |
| 7.                                   |  | VA |  |  |  |

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body .....

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

- 5 -06- 2007

dne .....

Jméno zkoušejícího .....

podpis

Ing. Jiří Štápal  
FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE  
OLYMPUS OCS spol. s r.o.  
OLYMPUS OCS spol. s r.o.  
160 44 Praha 6, Evropská 176/16  
IČ: 14891972  
Sedis: Koliště 47, 602 00 Brno  
Tel.: 545 100 978, Fax: 545 100 971

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.

