

PROTOKOL O KONTROLE

OLYMPUS

OLYMPUS C&S , spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 111

Servis ČR

spotřební elektronika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221 985 226 Fax 221985598

zdravotní technika
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
☎ 221985393,4 Fax 221985505

Servis SR

spotřební elektronika
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,
☎ +421 244 457 933
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika
Teplická 99, Piešťany
☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc II. interní klinika - endocentrum I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc DIČ: CZ00098892	PŘÍSTROJ:	VÝROBNÍ ČÍSLO:	DAT.PRODEJE:
	CLV-180	7603296	06.09.2006
	PŘÍSLUŠENSTVÍ:		

KONTROLA ☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52. ☐ PO OPRAVĚ

VÝROBEK 1. ☐ zdravotnický dg.th. ☐ zdravotnický IVD ☐ ostatní
2. ☒ elektrický ☐ neelektrický

ZKOUŠENO DLE ČSN EN ☒ 60 601 - 1 ☐ předpis Olympus ☐

POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE ☒ secutest v.č.: ☐ MH9974710002 ☐ M53694458 ☒ MH9974710001 ☐

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU

1. napájení ☒ 1 fáz. ☐ 3 fáz. ☐ bateriové ☐ z předepsaného zdroje
2. třída ochrany ☒ I. ☐ II. ☐ I. + II. ☐ + bateriové
3. typ dle 601-1 ☐ B ☒ BF ☐ CF ☐ nevztahuje se

B) PROHLÍDKA

Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje

	poznámka	naměř. hod.	J	V	NA	N
1. kryty, větrací otvory, držadla				✓		
2. ovládací a kontrolní prvky				✓		
3. přívody, vidlice, přívodka				✓		
4. nádoby na kapalinu					✓	
5. propojovací prvky				✓		
6. příslušenství				✓		

C) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

měření a hodnoty viz příložený záznam

1. odpor ochran. spojení		Ω			
2. unikající proud zem		mA			
3. unikající proud kryt		mA			
4. unikající proud pacient		mA			
5. unikající proud při poruše (max.)		mA			
6. příkon		mA			
7.		VA			

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

dne - 5 -06- 2007

Jméno zkoušejícího

podpis

OLYMPUS C&S spol. s r.o.
160 41 Praha 6, Evropská 176/6
IČ: 14691972
Servis: Koliště 47, 602 00 Brno
Tel.: 545 100 978, Fax: 545 100 971

Ing. Jirí Šlapal

FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE

OLYMPUS C&S spol. s r.o.

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.

