

FORMED spol.s r.o. Prodej a servis zdravotnické techniky, revize zdravotnických a elektrických přístrojů

Břidovice 103
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 701 949, 556 710 589
www.formed.cz

Protokol periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnického přístroje Podle § 27 a 52 zák. 123 / 2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95 K výkazu práce č.001056

Datum a místo provedení kontroly	29. 9. 2006 dílna Formedu Val. Meziříčí
Název a typ přístroje	Defibrilátor BPD 12
Výrobní číslo	OB861
Evidenční číslo	D055523-000
Majitel přístroje	FN Olomouc
Umístění přístroje	III. interna odd. 39A A - J 102330

Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	Vyhovuje
- ovládací prvky, klávesnice	Vyhovuje
- síťový přívod	Vyhovuje
- příslušenství	Vyhovuje

Kontrola funkce	
- kontrola testu při zapnutí přístroje	---
- kontrola funkce ovládacích prvků	Vyhovuje
- kontrola parametrů	Vyhovuje – 300J/286J +/- 10%
- kontrola ochrany a signalizace	Vyhovuje

Kontrola stavu akumulátoru	Vyhovuje
----------------------------	----------

Kontrolní elektrická zkouška / tř.II.	Měřidlo: PU 184 v.č. 9689795
- odpor ochranného vodiče u př.tř. I	---
- izolační stav přístroje	>20 MOhm
- unikající proud	
- síťová. část – část přístupná dotyku	0,01mA
- síťová část – příložná část	---
- část přístupná dotyku – příložná část	---

Závěrečné hodnocení	Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601
Datum a podpis technika	29. 9. 2006 Miroslav Hanuš
Příští kontrola :	29. 9. 2007 <i>Hanus</i>

Energie měřena přístrojem DEC 02 inv.č. 24001, povol.tolerance parametru +/- 10%

Poznámka: Akumulátor bude třeba do příští kontroly vyměnit.

Převzal: *Petr*

GROSSMANNOVA Mě.
Staniční seřa
18 207