

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz
zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 15318

MEDITECH®
s.r.o.

Prodej a servis lékařské techniky

Ujištění o kontrole č. 07/00124

Servisní středisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupená: paní Ivana Ludvíková
Oddělení: Dispečink servisu
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Telefon: 588 443 125
Vaše obj.: DO8806

Typ: A-600
Sériové číslo: 907 6 147
Příslušenství: SŠ
Závada: periodická prohlídka, vadná baterie
Typ opravy: Kontrola s opravou

Datum převzetí: 23.01.2007

Na přístroji byla provedena periodická bezpečnostní kontrola dle Zákona č. 346/2003 Sb. v platném znění, včetně kontroly elektrické bezpečnosti dle ČSN 60 601-1 a souvisejících norem.

Servisní interval je 24 měsíců.

Použité přístroje:

Analyzátor infúzních zařízení BIO-TEK IDA-4, výrobní číslo 11351, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. 15030

Analyzátor elektrických zařízení SECUTEST SIII, výrobní číslo NC4090030001, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. NC4090030001

Elektromechanická váha KERN 440-53, výrobní číslo W943046, ověřeno firmou Váhoservis, kalibrační list č. 43/03

Deformační tlakoměr EMERS 0-250 kPa, výrobní číslo EL197205, ověřeno ČMI Brno, kalibrační list 613-KL-D282-03

Přístroj kontrole vyhověl a je bezpečný pro další použití.

Platnost kontroly do: 23.01.2009

V Brně dne 23.01.2007 .

František Gajda

Kontrolu provedl

*Meditech, s.r.o.
Svatopetrská 7, Brno
DIČ: CZ60707992*

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz
zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 15318

MEDITECH®
s.r.o.

Prodej a servis lékařské techniky

OPRAVENKA č. 07/00124

Servisní středisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupená: paní Ivana Ludvíková
Oddělení: Dispečink servisu
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Telefon: 588 443 125
Vaše obj.: DO8806

Typ: A-600
Sériové číslo: 907 6 147
Příslušenství: SŠ
Závada: periodická prohlídka, vadná baterie
Typ opravy: Kontrola s opravou

Datum převzetí: 23.01.2007

Provedené služby: Výmena baterie, kontrola a test.

Přejímající potvrzuje svým podpisem převzetí uvedených služeb od Meditech, s.r.o.. Tento protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích.

V Brně dne 23.01.2007 .

František Gajda

Podpis a razítko
předávajícího

Podpis a razítko
přebírajícího

MEDITECH®
Svatopetrská 7 Brno
DIČ: CZ60707992