

PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

I 018081
3.1.08

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

Datum provedení prohlídky: 5.12.2007

36 540

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	✓	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	✓	Izolační odpor (Mohm) : > 400 Unikající proud (mA) : 0,60
3	Po prvním zapnutí	✓	
4	Čidla velikosti stříkačky	✓	
5	Membránová tlačítka a displej	✓	
6	Výpadek napájení	✓	
7	Lineární přesnost	✓	měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: - 0,25 povolená odchylka: 18mm +/- 0,3mm
8	Okluze	✓	
9	Vyrovnaní svorky pístku	✓	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodícího šroubu	✓	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	✓	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	✓	

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu : **ANO** / NE

Podpis Technika :

Sej

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 5.12.2008

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz