


Martin Bičič - BICELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové  
 DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, Číslo účtu 21397/0300  
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213  
 Ministerstvo zdravotnictví C.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.



### BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

<b>Typ přístroje:</b> Dávkovače Graseby 3100  II b	<b>Výrobní číslo :</b> 36561  <b>Invent. číslo:</b> IO 18082-000  <b>ID:</b>	<b>Uživatel:</b> Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC  <b>Oddělení:</b> III.interní kl.JIP n.s.0331
--	--	--

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluša a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			OK
Klávesnice-folie/ovládací prvky			OK
Síťová zásuvka a kabel			OK
Svěrka			OK
Baterie /akum./-záložní zdroj			OK
Nožičky			OK
Snímač tlaku			OK
Snímač založení stříkačky			OK
Dokumentace			---

#### Funkční zkouška

Průběh testu			OK
Zvukový-optický signál			OK
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			OK
Okluzní tlak			OK
Kontrola kapacity akumulátoru			OK
Signalizace displeje, indik. prvků			OK
Test-umlčení alarmu			OK
Kontrola rychlosti dávkování			OK
Přepínání stříkačky			OK

#### Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : --- Ω	Unikající proud : /PE 0.004 mA
----------------------	--	-----------------------------------

#### Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:	ANO
Pokud NE - důvod:	

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

<b>Datum příští kontroly:</b>  11/2008	<b>Kontrolu provedl:</b> MARTIN BIČIČ - BICELS Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 094, fax 495 217 191 DIČ CZ6404282192 IČO 15591051 Datum: 21.11.2007 Podpis:	<b>Přístroj předán:</b> Datum: 29.11.07 Podpis: PECHER
--	--	--