



ing. Jiří Synek
sdružení – ing. Jiří Synek, Zdeněk Hudeček
opravy zdravotnické techniky

Protokol

**o periodické bezpečnostně - technické kontrole zdravotnického prostředku (ZP)
dle zákona 346/2003 Sb. a dle ČSN EN 60601**

Typ ZP : Dopplex II Multi	Výrobní číslo : MALF3-06811
Provozní hodiny : neuvedeny	Evidenční číslo : I017438-000
Nemocnice: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc	Oddělení : III.interní klinika, JIP

Třída ochrany : -	Odpor ochranného vodiče : -
Druh síťového přívodu : -	Izolační odpor : -
Délka síťového přívodu: -	Únikový proud : -
Napětí: 9 V ss	Výkon: -

Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce :

Byla provedena kontrola funkce dle doporučení výrobce.

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům na tento přístroj kladených a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce.

Stav ZP : vyhovuje

Termín příští kontroly ZP : 2.10.2008

Dne: 2.10.2007

 ing. Jiří Synek
Víta Nejedlého 3/1547
130 00 Praha 3
IČ: 15073858 DIČ: CZ5604091636
- tel.+fax. +420222710577

Převzal: LUDVÍKOVÁ podpis:.....
Jméno hůlkovým písmem

Předal: ing. Jiří Synek podpis:.....
Jméno hůlkovým písmem

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLMOUC

tel.: 588 443 125, fax: 588 443 539

Víta Nejedlého 3/1547, 130 00 Praha 3, IČ: 15073858, DIČ: CZ5604091636,
tel. + fax. 420 222710577, fax. 420 222710578, e-mail: jiri.synek@iol.cz