

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**3460701**
Číslo protokolu*Název přístroje*

Evolution LI 156EO

Výrobní číslo přístroje

HRP0053563

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

II a

Umístění přístroje

III. interní klinika - JIP

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 30/05/2007Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

11

2007

DARTIN
spol. s r.o.V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUC

III. Interní klinika JIP

TECHNIK

Petr O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

346-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

Do 16.6.17

UVEDENÍ DO PROVOZU

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

X PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VYHO- VUJE
HRP0053563	LUČHO EVOLUTION LI 136ED/11V-1-10/13	0,77 Ω	15,55 MΩ	0,08 mA	ANO
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690-205011-200314.

DRUH PRÁCE

EV/563: TK, KONTROLA FCE, POPRAVKA NEHODNÉ OVLÁDÁNÍ LEVÉ STRANY, -
DOPORUČ. VYHLEDIT, JINAK JEZ ZAVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA Kč
						1	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
					CEST. NÁKLADY
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRÁT. ČAS
					ND + MATERIÁL
					MĚŘ. IZ. STAVU
					OK: EVO

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

89
301
033
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc.
588 441 111
III. interní klinika
Jednotka intenzivní péče 177
Předseda: Prof. MUDr. Vladimír ŠCUDLA, CSc.

30.5.2017

DATUM A JMÉNO

PRAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA

CELKEM V Kč
(BEZ DPH)