

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**2720705**
Číslo protokolu*Název přístroje*
Evolution LI 156EO*Výrobní číslo přístroje*
HRP0053564*Datum uvedení do provozu*
11.11.1111*Třída (klasifikace)*
II a*Umístění přístroje*
III. interní klinika*Provozovatel přístroje*
Fakultní nemocnice Olomouc*IČ provozovatele*
00098892*Město*
Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: **26/04/2007**Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
4	2008

DARTIN
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IČ: 40769781 • DIČ: CZ40769781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZAKAZNIK

OLOMOUC

III. interní klinika JIP

TECHNIK

Kučo

MONTÁŽNÍ LIST Č.

272-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

20.8.66

UVEDENÍ DO PROVOZU



MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA



PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PRECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
HRP 0053570	LÚČNO EVOLUTION LI 156EO/19847	0,23 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP 0053567	— " — (19846)	0,21 Ω	< 19,99 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP 0053572	— " — (19842)	0,21 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP 0053581	— " — (19845)	0,22 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP 0053565	— " — (19845)	< 0,21 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO

Typ měřicího přístroje: „MEDITEST 50“ - Výrobní číslo: 076690, 205011; 200314.

DRUH PRÁCE

EVO (370): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVO (3567): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVO (3572): PK, KONTROLA FCE, ODKLONĚNÍ HORNÍ PRÁVÉ HOLEČKO, DOPORUČENÍ
VYHĚNÍ, DEMONTÁŽ VADNÉHO, KONČÍ NOVĚHO

EVO (81): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVO (64): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO

NE

* NEHODÍCÍ SE SKRŤNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETE KM	SAZBA Kč	ZTRAT. ČAS	SAZBA Kč	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA Kč
1	753,-					5	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
BO KPE 02	HOLEČKO 3204 / DIPITELNÉ	1	2874,-	2874,-	753,-
					CEST. NÁKLADY
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRAT. ČAS
					ND + MATERIÁL
					MĚŘ. IZ. STAVU
					5 x EVO PK

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

89

301

033

03/87
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
508 441 111
III. interní klinika
Jednotka intenzivní péče 177
MUDr. Mgr. Miroslav ČUDLA, CSc.

26.4.2004

10/17

DATUM A JMÉNO

RAZÍTKO A PODPIS DATUM

CELKEM V Kč

3674