

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**2720702**
Číslo protokolu*Název přístroje***Evolution LI 156EO***Výrobní číslo přístroje***HRP0053567***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***II a***Umístění přístroje***III. interní klinika***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: **26/04/2007**Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

4**2008****DARTIN**
s.r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel. 241 470 361
(IČ: 40768791 • DIČ: CZ40768791)

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZAKÁZNIK

OLOMOUČ

III. interní klinika JIP

TECHNIK

TEČO.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

272-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

20.8.66

UVEDENÍ DO PROVOZU

☒ MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☒ PERIODICKÁ KONTROLA

ZARÍZENÍ

KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZARÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
HRP0053570	LÚČKO EVOLUTION LI 156EO/19844	0,23 Ω	< 19,55 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053567	— " — (19846)	0,21 Ω	< 19,99 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053572	— " — (19842)	0,21 Ω	< 19,55 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053581	— " — (19845)	0,22 Ω	< 19,55 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053565	— " — (19844)	< 0,21 Ω	< 19,55 MΩ	0,05 mA	ANO

TYP MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE: JMEDITEST 50* - VÝROBNÍ ČÍSLO: 205011; 200314

DRUH PRÁCE

EVO (370): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD
EVO (3567): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD
EVO (3572): PK, KONTROLA FCE, ODKNUTÉ HORNÍ PRAVÉ MOLEČKO, DOPORUČENÍ VÝHĚNÍ, DEMONTÁŽ VADNÉHO, KONTR. NOVÉHO
EVO (81): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD
EVO (64): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD
VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚR. IZ. ST.	SAZBA Kč
1	753,-					5	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
150 RPE 02	MOLEČKO 3274 / RPE TELU	1	2874,-	2874,-	CEST. NÁKLADY	753,-
					VÝJ. POPLATEK	—
					ZTRÁT. ČAS	—
					ND + MATERIÁL	2874,-
					MĚR. IZ. STAVU	—
					5 x EVO PH:	—
PRACÍ PŘEVZAL			PRACÍ PROVEDL			
89	03/87 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 III. interní klinika Jednotka intenzivní péče 117 Předseda: MUDr. Vladimír ČUDLA, CSc.		26. 4. 2004 10/17			
301						
033						
					CELKEM V KČ	2111,-