

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**2720701**

Číslo protokolu

Název přístroje

Evolution LI 156EO

Výrobní číslo přístroje

HRP0053570

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

II a

Umístění přístroje

III. interní klinika

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO☐ NE

Kontrola provedená dne: 26/04/2007

Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

4

2008

DARTIN
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel. 241 470 361
IČ: 20763781 • DIČ: CZ240763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišině 3/474, 160 00 Praha 6
OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666
IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

ДОМОВ С

III. *inimi* 'Rhini'ka SIP

TECHNIK

REV O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

272-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

70 866d

UVEDENÍ DO PROVOZU

☒ MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☒ PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAČNÍ PROUD	VYHO- VUJE
HRP0053570	LÜFO EVOLUTION LI 156EO (19844)	0,23 Ω	< 19,98 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053567	— " — (19846)	0,21 Ω	< 19,99 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053572	— " — (19842)	0,21 Ω	< 19,99 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053581	— " — (19845)	0,22 Ω	< 19,98 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP0053565	— " — (19845)	< 0,21 Ω	< 19,99 MΩ	0,05 mA	ANO

TYP MĚŘÍCIHO PŘÍSTROJE: MEDITEST 50" - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 205011; 200314

DRUH PRÁCE

EVO (50%): M, KONTROLA FCE, BEZ ZAVRŠ

EVO (3564): Plk, kontrol a FCE bez zavad

EVD (3572): PK, KONTROLA, FCE, OBRNUTE HORNÍ TRAVE HOLEČKO, DOPORUČENÍ

vytípnit, demonstrovat vodného, kyselého nového

EVO (81): PR, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVO (64) DN, KONTROLA FCE, BEZ ZAVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍČI SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
1	753,-					5	

OBJ. Č.	NAHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
150 KPE 02	HOLEČKO BRVA /ŘIDI TELNÉ	1	2874,-	2874,-	CEST. NÁKLADY	753,-
					VÝJ. POPLATEK	—
					ZTRÁT. ČAS	—
					ND + MATERIÁL	2874,-
					MĚŘ. IZ. STAVU	—
					5 x EVO PH.	—

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

89
301
033

03/87
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
588 441 111
III. interní klinika
Jednotka intenzivní péče 177
Zpracoval: Bc. Miroslav Novák, MUDr. JUDr. A. ČUDLA, CSc.

26.4.2007

109

DATUM A JMÉNO

RAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA

CELKEM V KČ
(BEZ DPH)

3624-