

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**2720703**
Číslo protokolu*Název přístroje*

Evolution LI 156EO

Výrobní číslo přístroje

HRP0053572

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

II a

Umístění přístroje

III. interní klinika

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**

Kontrola provedená dne: 26/04/2007

Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
4	2008

DARTIN
spol. s r.o.
V Tišíně 304/4, 160 00 Praha 6
TEL: 241 470 361
FAX: 241 470 361
IČ: 241 470 361 - DIČ: CZ241 470 361

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ

III. interní klinika JIP

TECHNIK

TEČO.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

272 - 07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

20 8664

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU

☒ MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☒ PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ				
VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE	
HRP0053570	LÜERO EVOLUTION LI 156EO/19844	0,23 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0055564	— II —	0,21 Ω	< 19,99 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0053572	— II —	0,21 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0053581	— II —	0,22 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0053564	— II —	< 0,21 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	

Typ měřicího přístroje: JMEDTEST 50° - Výrobní číslo: 205011; 200314

DRUH PRÁCE

EVO (370): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVO (3564): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVO (3572): PK, KONTROLA FCE, ODHNUTÉ HORNÍ PRÁVÉ HOLEČKO, DOPORUČENÍ
VYHÉBNÍ, DEMONSTRACE VADNOSTI, KONKRETNÍ NOVÉHO

EVO (81): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVO (64): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO ☒ NE ☐

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA Kč
1	753,-					5	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
150 RDE 02	HOLEČKO BEZDÁ / RDPITELNÉ	1	2874,-	2874,-	CEST. NÁKLADY	753,-
					VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	2874,-
					MĚŘ. IZ. STAVU	
					5 x EVO PK	

PRÁCI PŘEVZAL

89 301 033

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova b. 775 20 Olomouc
508 441 111
III. interní klinika
Jednotka intenzivní péče 177
MUDr. Mgr. Miroslav ČUDLA, CSc.

PRÁCI PROVEDL

26. 4. 2004

CELKEM V Kč (BEZ DPH)

3674

DATUM A JMÉNO

RAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA