

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**2720704**
Číslo protokolu*Název přístroje***Evolution LI 156EO***Výrobní číslo přístroje***HRP0053581***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***II a***Umístění přístroje***III. interní klinika***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: **26/04/2007**Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

4**2008****DARTIN**
spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

Tel./fax: 241 470 241 470 361

IČ: 40769781 • DIČ: CZ40769781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666
IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361
Fax: 261 216 076
E-mail: servis@dartin.cz

ZAKAZNÍK

OLOMOV C

III. *in domo* Rhinica SIP

TECHNIK

REV O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

272-07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

20 8664

UVEDENÍ DO PROVOZU

☒ MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☒ PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ				
VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PRECHODOVÝ ODPOR	IZOLACNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE	
HRP0053540	LÜPWA EVOLUTION LI 156EO/19844	0,23 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0053567	— " — (19846)	0,21 Ω	< 19,99 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0053572	— " — (19842)	0,21 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0053581	— " — (19845)	0,22 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	
HRP0053565	— " — (19844)	< 0,21 Ω	< 19,95 MΩ	0,05 mA	ANO	

TYP MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE: MEDITEST 50 - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976680-205011-200314

DRUH PRÁCE

EVO (370): M, KONTROLA FCE, BEZ ZAVAD

EVO (5567) : PUK, KONTROL A FCE JEZ ZAVAD

EVD (3572) : PK, KONTROLA, FCE, OBNUTE, HORNÍ, PRAVE, HOLEČKO, DOPORUČENÍ

УЧЕНИК, ДЕМОНСТРАЦИОННО, КОМУ И ДРУГО

EVO (81): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAD

EVD (64) DN, KONTROLA FCE, BEZ ZAVAD

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETE KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA Kč
1	753,-					5	—

OBJ. Č.	NAHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
B0 KPE 02	VOLEČKO BRZDA / ŘÍDÍTELNO	1	2874,-	2874,-	753,-
					CEST. NAKLADY
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRÁT. ČAS
					ND + MATERIÁL
					MĚŘ. IZ. STAVU
					5 x EVO PH.
PRACI PŘEVZAL			PRÁCI PROVEDL		
89	03/87	26. 4. 2007			
301	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ				
	I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc				
033	588 441 111				
	III. interní klinika				
	Jednotka intenzivní péče-117				
	Údržba: Bc. Mgr. Martin ČUBLA, ČSc.				