

IO 14688

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz
zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 15318

na kl.

MEDITECH® s.r.o.

Prodej a servis lékařské techniky

Ujištění o kontrole č. 06/01947

Servisní středisko Meditech, s.r.o.

Organizace: FN-Olomouc
Zastoupená: paní Marcela Kolářová
Oddělení: Dispečink servisu
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Telefon: 585 852 281
Vaše obj.: OND 19787

Typ: A-400
Sériové číslo: 650 2 609
Příslušenství: KD; SŠ
Závada: Vadná přístrojová zásuvka s el. filtrem - vysoký svodový proud
Typ opravy: Pozáruční oprava

Datum převzetí: 15.12.2006

Na přístroji byla provedena periodická bezpečnostní kontrola dle Zákona č. 346/2003 Sb. v platném znění, včetně kontroly elektrické bezpečnosti dle ČSN 60 601-1 a souvisejících norem.

Servisní interval je 24 měsíců.

Použité přístroje:

Analyzátor infúzních zařízení BIO-TEK IDA-4, výrobní číslo 11351, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. 15030

Analyzátor elektrických zařízení SECUTEST SIII, výrobní číslo NC4090030001, kalibrováno výrobcem, kalibrační list č. NC4090030001

Elektromechanická váha KERN 440-53, výrobní číslo W943046, ověřeno firmou Váhoservis, kalibrační list č. 43/03

Deformační tlakoměr EMERS 0-250 kPa, výrobní číslo EL197205, ověřeno ČMI Brno, kalibrační list 613-KL-D282-03

Přístroj kontrole vyhověl a je bezpečný pro další použití.

Platnost kontroly do: 15.12.2008

V Brně dne 15.12.2006 .


Kontrolu provedl