

PHILIPS

Taema

AIR LIQUIDE

S&T
IT SOLUTIONS & SERVICES

Protokol o prověření zdravotnického prostředku periodickou kontrolou
ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000 Sb.

Vlastník:

Fakultní nemocnice Olomouc

Ulice:

I.P.Pavlova 6

Číslo objednávky: Smlouva

Město:

Olomouc

Oddělení:

III.interní klinika dialýza

PSČ:

775 20

Číslo CSO: 10731

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
78352C	3542G18333	Prosinec 2008	I ** 014451
M3046A	DE85012493	Prosinec 2008	I 019092
M3046A	DE85012495	Prosinec 2008	I 019093
M8003A	DE34702902	Prosinec 2008	I 020964

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen v rozsahu testů, předepsaných výrobcem.

VYHOVĚL po stránce funkční, elektrické a mechanické bezpečnosti a může být nadále používán ke stanovenému účelu.

****Upozornění:** jestliže nastane na tomto typu přístroje závada, není možno zaručit jeho úspěšnou opravu, protože přístroj je již mimo servisní podporu výrobce (nedostupnost některých náhradních dílů)

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána

Datum 19.12.2007

podpis + razítko

S&T
IT SOLUTIONS & SERVICES

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994 ⑬
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 500
tel.: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz

PHILIPS Healthcare Products s.r.o.
IČ: 49146 040270 - CZ
IČ: 49146 040270 - EU
Soutěže: BACCIPF

IČ: 2570 1570
IČ: CZ1570 1570

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. srpna 1998
oddíl C, vložka 02478
Městský soud v Praze