

# Protokol

o předání zařízení do provozu a převzetí montážních prací

Číslo zakázky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo smlouvy o dílo

--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo kupní smlouvy

--	--	--	--	--	--	--	--

Na základě objednávky č.: ..... vystavené objednatelem :

Fakultní nemocnice OLOMOUČ  
 provedla **Fa DIMA Olomouc s.r.o.** montáž dne : 11/04/2002  
 a předala na (místo předání) : Memo dialyzační středisko I. interní odd.  
 do provozu následující zařízení a příslušenství :

Polč.	Název a typ přístroje	Výrobce	Výr.číslo	Ri MQ	Rz Ω
1.	AK 200 S GAMBRO	Gambro Švédsko	11165	>20	0,08
2.	AK 200 S GAMBRO	Gambro Švédsko	11163	>20	0,08
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

U předaného zařízení je následující dokumentace : koupielní original,  
český příklad servis. CD.

Po provozní zkoušce za přítomnosti podepsaných zástupců bylo zařízení shledáno schopné provozu.


Do odborné obsluhy a údržby přístroje zapracován-a p. Dr. Zajíčková Mavela

Připomínky : zařazení dle z. č. 123/2001 a 181/2002 obsluhy p. ústředí  
úř. servisu.

## Podpisy zástupců

Přejímací organizace :

Předávací organizace :



**DIMA OLOMOUČ s.r.o.**  
 Libušina 25  
 772 00 Olomouc 2  
 tel./fax: 068/531 3830  
 DIČ: 379-64

Investor

Uživatel

Zhotovitel

Podpis zaměstnance zapracovaného do obsluhy přístroje : .....