

Martin Bičičtěstě -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví C.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: injekční dávkovač LD 20 II b	Výrobní číslo : 400971 Invent. číslo: D051046-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: II.Chirurgická kl., č.38 - n.s.0516
---	--	--

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.
 Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			OK
Klávesnice-folie/ovládací prvky			OK
Síťová zásuvka a kabel			OK
Svěrka			-
Baterie /akum./-záložní zdroj		6 x 1,5V AA není záložní	OK
Nožičky			OK
Snímač tlaku			-
Snímač založení stříkačky			OK
Dokumentace		nepředložena	-

Funkční zkouška

Průběh testu			OK
Zvukový-optický signál			OK
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			OK
Okluzní tlak			OK
Kontrola kapacity akumulátoru			-
Signalizace displeje, indik. prvků			OK
Test-umlčení alarmu			OK
Kontrola rychlosti dávkování			OK
Přepínání stříkačky			-

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : - Ω	Unikající proud : /PE 0,013 mA
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Použité měřicí přístroje

Digitální tlakoměr CRESSTO DMU-R 1000, v.č. 2842/06
Analýzátor elektrických zařízení RM2051, v.č. 401174

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:	ANO
Pokud NE - důvod:	

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: červen 2008	Kontrolu provedl: J.Hutla Datum : 26.6.2007 MARTIN BIČIČTĚSTĚ - BIČELS Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÝ 2 tel. 495 217 094, FAX 495 217 191 DIČ CZ6404282192	Přístroj předán: Datum: Podpis :
--	--	--