



## Protokol

o vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP)  
 dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Číslo protokolu: 701862/9	Třída ZP: II a
Poskytovatel: Fakultní nemocnice Olomouc	Oddělení: I. Chirurgie - lůžka 8
Typ ZP: Inhalátor EasyNeb	Výrobní číslo: 071227
Provozní hodiny: -	Evidenční číslo: D 026241-000

### V- VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Třída ochrany: síťový zdroj	Odpor ochranného vodiče: nenaměřen - plast -
Druh síťového přívodu: pohyblivý - neodpojitelný	Izolační odpor: > 10,99 MΩ
Délka síťového přívodu: 1,5 m	Únikový proud: mA

### Použité měřicí přístroje

Dig. tlakoměr PTLD	D120011	Analyzátor krevního tlaku QA-1290	12304	
Defibrilátor analyzátor QA-45 Mk II	4795	Meditest 50		X
Ventilátor Tester QA-VTM	11302	Analyzátor SPO <sub>2</sub> DAEG	21579	

### Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

Odpovídá TP výrobce.

### Vyhodnocení stavu ZP dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

ANO NE

Používá poskytovatel ZP v souladu s určeným účelem použití dle § 4 zák. 123/2000Sb.	X	
Předložil poskytovatel návod k použití pro uvedený ZP	X	
Předložil poskytovatel záznamy o odborných kontrolách uvedeného ZP dle § 28 zák. 123/2000 Sb.	X	
Splňuje ZP podmínky zák. 123/2000 Sb., je vhodný, bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro než je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí	X	

Hodnocení stavu ZP: Vyhovuje TP výrobce.

Termín příští kontroly ZP: 7/2008

V: Olomouci	Dne: 12.7.2007
Předal: <b>Kohout Stanislav</b> (Jméno, podpis, razítko) Sídlo: Úřyčova 2260/13, 162 00 Praha 6 Pobožna: Platenská 1073/27a, 326 00 Plzeň Tel.: 377 590 411, Fax: 377 590 435 IČ: 27094987 / DIČ: CZ27094987	Převzal: (Jméno, podpis, razítko)