



## Protokol o vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Číslo protokolu: 701862/8	Třída ZP: II a
Poskytovatel: Fakultní nemocnice Olomouc	Oddělení: I. Chirurgie - úzká B
Typ ZP: Inhalátor EasyNeb	Výrobní číslo: 073415/B
Provozní hodiny: -	Evidenční číslo: D026251-000

### V- VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Třída ochrany: síťový zdroj	Odpor ochranného vodiče: nehaměřen-plast	-
Druh síťového přívodu: pohyblivý - neodpojitelný	Izolační odpor: > 10,99 MΩ	✓
Délka síťového přívodu: 1,5 m	Únikový proud: 0,00 mA	✓

### Použité měřicí přístroje

Dig. tlakoměr PTLD	D120011	Analyzátor krevního tlaku QA-1290	12304	
Defibrilator analyzér QA-45 Mk II	4795	Meditest 50		X
Ventilator Tester QA-VTM	11302	Analyzátor SPO <sub>2</sub> DAEG	21579	

### Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

Odpovídá TP výrobce.

### Vyhodnocení stavu ZP dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

ANO NE

Používá poskytovatel ZP v souladu s určeným účelem použití dle § 4 zák. 123/2000Sb.	X	
Předložil poskytovatel návod k použití pro uvedený ZP	X	
Předložil poskytovatel záznamy o odborných kontrolách uvedeného ZP dle § 28 zák. 123/2000 Sb.	X	
Splňuje ZP podmínky zák. 123/2000 Sb., je vhodný, bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro než je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí	X	

Hodnocení stavu ZP: Vyhovuje TP výrobce.

Termín příští kontroly ZP: 7/2008

V: Olomouci	Dne: 12.7.2007
Předal: Kohout Stanislav (Jméno, podpis, razítko) <b>CHEIRÓN a.s.</b> sídlo: Ul. Rysova 2260/13, 162 00 Praha 6 provozovna: Biaterská 1073/27a, 326 00 Plzeň Tel.: 377 590 411, Fax: 377 590 435 IČ: 27094987, DIČ: CZ27094987	Převzal: (Jméno, podpis, razítko)