



Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 123/2000 Sb.

Typ : ODSÁVAČKA MEDELA CLARIO
Výrobce : MEDELA
Zákazník : FN OLOMOUC, I. CHIR.

Třída, kategorie : 1
Výrobní číslo : 1078171
303248

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola ano ~~ne~~
Kabely a příslušenství vyhovuje ~~nevyhovuje~~
Test funkce vyhovuje ~~nevyhovuje~~
Zjištění závady ano ~~ne~~
Popis závad

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - ~~nevyhovuje~~

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	Síťová-přístupná část	0,15	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	MA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	MA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	MA
Měření odporu ochranného vodiče		0,10	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 200 069 ,
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 10. 12. 2007
Datum příští kontroly : 11 / 2008
Měření provedl : MURIC

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno
Muric