

# Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník	FNOstrava	1. Chir. Kl.
Přístroj	Lineární dávkovač	
Typ	Graseby 3100	
Výrobní číslo	008407	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce

## Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	$\Omega$	max. 0,2 $\Omega$
Izolační odpor	>20 M $\Omega$	min. 20 M $\Omega$
Celkový unikající proud	Přístupná část	0.01 mA
	Příložná část	mA
		max. 0,5 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

## Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Kamil Slaný

Podpis



Provedeno dne: 1.8.2008

Datum příští kontroly: 8/2009