

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

Datum provedení prohlídky: 5.9.2006

20 173

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	✓	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	✓	Izolační odpor (Mohm) : <u>&gt; 400</u> Unikající proud (mA) : <u>0,00</u>
3	Po prvním zapnutí	✓	
4	Čidla velikosti stříkačky	✓	
5	Membránová tlačítka a displej	✓	
6	Výpadek napájení	✓	
7	Lineární přesnost	✓	měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: <u>-0,20</u> povolená odchylka: 18mm +/-0,3mm
8	Okluze	✓	
9	Vyrovnání svorky pístku	✓	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodícího šroubu	✓	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	✓	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	✓	

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu :  ANO /  NE

Podpis Technika :

*[Handwritten Signature]*

ASQA a.s.  
Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Doporučené datum následující periodické prohlídky:

5.9.2007

Tel: 272 761 350  
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz

I 019002

## Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje  
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4  
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce  
Smiths Medical International Ltd.  
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)  
platné v době jeho výroby.

**Popis:** Graseby 3100 Syringe Pump  
**Ref. číslo:** 0131-0001  
**Výrobní číslo:** 20173  
**Vlastník:** FN Olomouc

Certifikát vydán společností: **ASQA a.s.**

**ASQA** a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Číslo certifikátu: 06-0018

Autorizováno:



Datum: 08. 09. 2006

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: září 2007