



Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník FAKULTNÍ NĚTVOUICE OLOMOUC CHIRURGIE JIP

Přístroj HYPOTHEZOVÍ SYSTÉM RÜSH

Typ



Výrobní číslo 0242000 207 IČ: 20625

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test ovládacích tlačítek
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrola nastavení
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část 0,04 mA	max. 1 mA
	Příložná část / mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,09 Ω	max 0,3 Ω

Výsledek prohlídky (závěr):

Parametry přístroje odpovídají – neodpovídají hodnotám předepsanými výrobcem.
Zkontrolovaný přístroj je – není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Technik 
ZDRAVOTNICKÁ TECHNICKÁ
Podpis: 
130 00 Praha 3, Malešická 225/51
Tel.: 225 001 511 Fax: 225 001 512
-15- DIČ: CZ00376093

Provedeno dne: 12. 02. 2007

Datum příští kontroly: 07. 2008