

**Protokol o provedení periodické kontroly**  
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**4170604**  
Číslo protokolu

<i>Název přístroje</i> Evolution 156C
<i>Výrobní číslo přístroje</i> HRP 0072387
<i>Datum uvedení do provozu</i>
<i>Třída (klasifikace)</i> I b
<i>Umístění přístroje</i> JIP 6, I. chirurgická klinika

<i>Provozovatel přístroje</i> Fakultní nemocnice Olomouc
<i>IČ provozovatele</i> 00098892
<i>Město</i> Olomouc

<p>Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ANO</p> <p><input type="radio"/> NE</p>
---	---

Kontrola provedená dne: 11/07/2006

Termín příští kontroly: 

Měsíc	Rok
1	2007

**DARTIN**  
spol. s r.o.V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6  
Tel./fax: +420 241 470 361  
IČ: 40763781 / DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: \_\_\_\_\_

**Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**  
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

**DARTIN, spol. s r.o.**

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

**ZÁKAZNÍK**

OLOMOUC

**TECHNIK**

Žeš

**MONTÁŽNÍ LIST Č.**

~~530-13~~  
417-06

**ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY** **ZE DNE**

DO 8668

<input type="checkbox"/>	UVEDENÍ DO PROVOZU	<input type="checkbox"/>	MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA
<input type="checkbox"/>	ZÁRUČNÍ OPRAVA	<input checked="" type="checkbox"/>	PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VYHOVUJE
HRP 007 2449	LŮŽKO EVOLUTION LI 156 EO	0,43 Ω	14,99 MΩ	0,08 mA	ANO
HRP 007 6794	LŮŽKO DYNAMID	0,07 Ω	19,99 MΩ	0,10 mA	ANO
HRP 007 2414	LŮŽKO EVOLUTION LI 156 EO	0,52 Ω	14,99 MΩ	0,08 mA	ANO
HRP 007 2387	LŮŽKO EVOLUTION LI 156 EO	0,28 Ω	19,99 MΩ	0,08 mA	ANO
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: .MEDITEST 50\* - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690 205011/200314

**DRUH PRÁCE**

LI 156 EO (007 2449) - PK, KONTROLA FCE, BEZ ZAVAD

DYNAMID: EV.Č. 1020449-000, INV.Č. 20 449, PK, KONTROLA FCE, POPRÁŠKOVÁNÍ

PLASTOVÝ DÍL OVLADACÍ + POPRÁŠKOVANÁ MEMBRÁNA OVLADACÍ, ZLOHENÝ PLAST. DÍL NA "COPPADL" TOP AC 998AC - SÍPERRAILS + ODKVŮTI ÚCHYTNY PŘOUD

LI 156 EO (007 2414) - PK, KONTROLA FCE, BEZ ZAVAD

LI 156 EO (007 2387) - PK, KONTROLA FCE, R.V. S.6.2002, PROLEŽENÁ MATRACE

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

ANO  NE

\* NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
						4	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
					CEST. NÁKLADY
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRÁT. ČAS
					ND + MATERIÁL
					MĚŘ. IZ. STAVU

PRÁCI PŘEVZAL	PRÁCI PROVEDL			
<p>89 301 044</p> <p>FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 I. chirurgická klinika Jednotka intenzivní péče 6, 5T1 Přednosta: doc. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.</p>	<p>17. 7. 2006</p>			
DATUM A JMÉNO	RAZÍTKO A PODPIS	DATUM	PODPIS TECHNIKA	CELKEM V KČ (BEZ DPH)