



Protokol o vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku (ZP) dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Číslo protokolu: 701 861 / 1	Třída ZP: II a
Poskytovatel: Fakultní nemocnice Olomouc	Oddělení: Chirurgie JIP
Typ ZP: Inhalátor EasyNeb	Výrobní číslo: 115 971
Provozní hodiny: -	Evidenční číslo: D 303254-000

V- VYHOVUJE, N - NEVYHOVUJE

Třída ochrany: síťový zdroj	Odpor ochranného vodiče: -neměřen -plast	-
Druh síťového přívodu: pohyblivý - neodpojitelný	Izolační odpor: > 19,99 MΩ	✓
Délka síťového přívodu: 1,5 m	Únikový proud: 0,00 mA	✓

Použité měřicí přístroje

Dig. tlakoměr PTLD	D120011	Analyzátor krevního tlaku QA-1290	12304	
Defibrillator analyzer QA-45 Mk II	4795	Meditest 50		X
Ventilator Tester QA-VTM	11302	Analyzátor SPO ₂ DAEG	21579	

Popis technické kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce:

Odpovídá TP výrobce.

Vyhodnocení stavu ZP dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

ANO NE

Používá poskytovatel ZP v souladu s určeným účelem použití dle § 4 zák. 123/2000Sb.	X	
Předložil poskytovatel návod k použití pro uvedený ZP	X	
Předložil poskytovatel záznamy o odborných kontrolách uvedeného ZP dle § 28 zák. 123/2000 Sb.	X	
Splňuje ZP podmínky zák. 123/2000 Sb., je vhodný, bezpečný a účinný tak, aby při jeho správném použití k účelům, pro než je určen, nedošlo k poškození zdraví lidí	X	

Hodnocení stavu ZP: Vyhovuje TP výrobce.

Termín příští kontroly ZP: 7/2008

V: Olomouci

CHEIRÓN a.s.

Předal: Kohout Stanislav
 (Jméno, podpis, razítko)
 Sídl.: Hlavoňova 2260/13, 102 00 Praha 6
 Provozovna: Blatenská 1073/27a, 326 00 Píseň
 tel.: 377 590 411, fax: 377 590 435
 IČ: 27094987, DIČ: CZ27094987

Dne: 12.7.2007

Fakultní nemocnice Olomouc
 odbor hlavního mechanika

Převzal:
 (Jméno, podpis, razítko)

dispečink oprav
 I.P. Pavlova 6, 775 00 OLOMOUC
 tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529

J. Pavlov