

# PROTOKOL O KONTROLE

# OLYMPUS

OLYMPUS C&S , spol. s r. o., Obchodní zkratka OCS,  
zápis v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 866. Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221 985 111

## Servis ČR

spotřební elektronika  
Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221 985 226 Fax 221985598

zdravotní technika  
Evropská 176, 160 41 Praha 6,  
☎ 221985393,4 Fax 221985505

## Servis SR

spotřební elektronika  
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava,  
☎ +421 244 457 933  
Fax +421 244 457 935

zdravotní technika  
Teplická 99, Piešťany  
☎ +421 337 968 112 Fax 337 722 628

|                                                                                                                                                                      |                       |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ZÁKAZNÍK:</b><br><b>Fakultní nemocnice Olomouc</b><br><b>II. chir. klinika - endoskopie</b><br><b>I.P.Pavlova 6</b><br><b>775 20 Olomouc</b><br>DIČ: 379-00098892 | <b>PŘÍSTROJ:</b>      | <b>VÝROBNÍ ČÍSLO:</b> | <b>DAT.PRODEJE:</b> |
|                                                                                                                                                                      | <b>PVM14N2E</b>       | <b>6001166</b>        | <b>..</b>           |
|                                                                                                                                                                      | <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b> |                       |                     |

|                 |                                                                                                                       |                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>KONTROLA</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52. | <input type="checkbox"/> PO OPRAVĚ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VÝROBEK</b> | 1. <input type="checkbox"/> zdravotnický dg.th. <input type="checkbox"/> zdravotnický IVD <input type="checkbox"/> ostatní<br>2. <input checked="" type="checkbox"/> elektrický <input type="checkbox"/> neelektrický |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZKOUŠENO DLE ČSN EN</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 60 601 - 1 <input type="checkbox"/> předpis Olympus <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE</b> | <input checked="" type="checkbox"/> secutest v.č.: <input type="checkbox"/> MH9974710002 <input type="checkbox"/> M53694458 <input checked="" type="checkbox"/> MH9974710001 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                            |                                        |                                    |                                                |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| <b>A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU</b> |                                            |                                        |                                    |                                                |  |
| 1. napájení                        | <input checked="" type="checkbox"/> 1 fáz. | <input type="checkbox"/> 3 fáz.        | <input type="checkbox"/> bateriové | <input type="checkbox"/> z předepsaného zdroje |  |
| 2. třída ochrany                   | <input checked="" type="checkbox"/> I.     | <input type="checkbox"/> II.           | <input type="checkbox"/> I. + II.  | <input type="checkbox"/> + bateriové           |  |
| 3. typ dle 601-1                   | <input type="checkbox"/> B                 | <input checked="" type="checkbox"/> BF | <input type="checkbox"/> CF        | <input type="checkbox"/> nevztahuje se         |  |

| <b>B) PROHLÍDKA</b>               |          | Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje |   |   |    |   |  |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---|---|----|---|--|
|                                   | poznámka | naměř. hod.                                                  | J | V | NA | N |  |
| 1. kryty, větrací otvory, držadla |          |                                                              |   | ✓ |    |   |  |
| 2. ovládací a kontrolní prvky     |          |                                                              |   | ✓ |    |   |  |
| 3. přívody, vidlice, přívodka     |          |                                                              |   | ✓ |    |   |  |
| 4. nádoby na kapalinu             |          |                                                              |   |   | ✓  |   |  |
| 5. propojovací prvky              |          |                                                              |   | ✓ |    |   |  |
| 6. příslušenství                  |          |                                                              |   | ✓ |    |   |  |
|                                   |          |                                                              |   |   |    |   |  |
|                                   |          |                                                              |   |   |    |   |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>C) ELEKTRICKÁ BEZPE</b>      |  |
| 1. odpor ochran. spoji          |  |
| 2. unikající proud zem          |  |
| 3. unikající proud kryt         |  |
| 4. unikající proud paci         |  |
| 5. unikající proud při p (max.) |  |
| 6. příkon                       |  |
| 7.                              |  |

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body .....

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

Olomouc

dne

14-03-2007

Jméno zkoušejícího

podpis

Ing. Jiří Šlapal

FLEXIBLNÍ ENDOSKOPIE

OLYMPUS C&S spol. s r.o.

OLYMPUS C&S spol. s r.o.

160 41 Praha 6, Evropská 176/16

IČ: 14891972

Servis: Koliště 47, 602 00 Brno

Tel.: 545 100 978, Fax: 545 100 971

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.



DIN EN ISO 9001:2000  
Certifikát: 01 100 655428