

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc I. chir. klinika - endoskopie I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc DIČ: 379-00098892	PŘÍSTROJ: MINI ETD Thermo desinfektor	VÝROBNÍ ČÍSLO: 0120755	DAT.PRODEJE:
KONTROLA	☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 Sb.	☐ Po opravě	☐ Revize
ZKOŠENO DLE ČSN EN	☒ předpis Olympus ☐ 60 601 - 1 ☐ 61010		
POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTroje	☐ SECUTEST ☐ SURGICASE 20 ☐ EPM 3		
A) VIZUÁLNI KONTROLA (kryty, větrací otvory, držadla, ovládací a kontrolní prvky, přívody, vidlice, nádoby na kapalinu, propojovací prvky, příslušenství ...)	☒ vyhověl	☐ nevyhověl	
B) FUNKČNÍ ZKOUŠKA DLE PŘEDPISU OLYMPUS	☒ vyhověl	☐ nevyhověl	
C) ZJIŠTĚNÍ, Doporučení	D) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST		
Zde nalepte protokol Secutestu			
ZÁVĚR KONTROPY			
VÝROBEK KONTROLE ☒ VYHOVEL A JE SCHOPEN BEZPECNEHO PROVOZU			
☐ NEVYOVEL			
viz body _____			
DALSI KONTROLU JE NUTNE PROVEST DO 12 MESICI OD DATA POSLEDNI KONTROPY.			
Ing. Jiří Šlapal FLEXIBILNI ENDOSKOPIE OLYMPUS C&S spol.s r.o. 14-05-2008			
Dne _____ Jmeno a podpis zkoušejiciho _____			
Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.			
TUV CERT DN EN ISO 9001:2000			