

**Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku
dle §27 zákona 123/2000 Sb.**

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6 Olomouc 775 20

Přítroj: Elektrická odsávačka

Typ: ATMOLIT 26

Výrobní č. 25684241 II. CHIR. KLINIKA ENDOSKOPIE

Vizuální kontrola			
Kontrolovaná část přístroje	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Kryt přístroje		✓	
Ovládací a signalizační prvky		✓	
Funkční a mechanické části		✓	
Síťový kabel		✓	
Síťové pojistky		✓	

Funkční testy			
Funkční test	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Test funkčnosti ovládacích tlačítek		✓	
Test signalizačních a zobrazovacích prvků		✓	
Test těsnosti odsávacího okruhu		✓	
Kontrola funkčnosti filtrů a těsnění		✓	

Kontrolní měření a kalibrace			
Kontrolní měření / Kalibrace	Naměřené hodnoty / Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Max. podtlak	- 0,85 BAR	✓	
Přesnost měření tlakoměru 0/-0,8Bar [±10%]		✓	
Regulace omezení podtlaku -0,2Bar	- 0,22 BAR	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,4Bar	- 0,42 BAR	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,6Bar	- 0,62 BAR	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,8Bar	- 0,85 BAR	✓	

Měření elektrických bezpečnostních parametrů přístroje			
Měřený parametr	Naměřená hodnota	Vyhovuje	Nevyhovuje
Izolační odpor	> 110 MΩ	✓	

Použité měřicí přístroje: Secutest SIII s.č.:3.117.183.01 , Digit. tlakoměr Greinsinger v.č:

Výsledek prohlídky:

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční, bezpečný a je možné jej používat při poskytování zdravotnické péče v souladu s návodem k použití.

Datum kontroly: 25.4.08

Kontrolu provedl: KŘEČEK

Datum příští kontroly: 25.4.09

Podpis: P. Křeček

DOKLAD O REVIZI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE		DATUM REVIZE	CELKOVÉ HODNOCENÍ
dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, doporučení ČES 33.03.95		25.4.2008	VYHOVUJE
SPOTŘEBIČ			
Druh spotřebiče: Osávačka elektrická Značka: ATMOS Typ: ATMOLIT 26 Výrobní číslo: 20684241 Inventurní číslo: I0020461-000 Identifikační číslo: Umístění: Fakultní nemocnice Olomouc II chir. Klinika endoskopie		Třída ochrany: II Délka přívodní šňůry: Jmenovité napětí: 230V Jmenovitý proud: Jmenovitý příkon Cos φ Počet fází: 1 Délka přívodní šňůry: 3m Typ síťového přívodu: Pohyblivý Připojení k síti: Odpojitelné Připojení k spotřebiči: Odpojitelné	
PROHLÍDKA SPOTŘEBIČE / KONTROLA OZNAČENÍ		ZKOUŠKA CHODU	
Prohlídka provedena s výsledkem: VYHOVUJE Poznámky:		Zkouška provedena s výsledkem: VYHOVUJE Poznámky:	
MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ SPOTŘEBIČE			
Odpor ochranného vodiče: R_p ($I_p=200mA$) = Ω Odpor ochranného vodiče: U_{Δ} ($I_p=10A$) = V Izolační odpor: R_{iso} ($U_p=250V$) = >310MΩ		Napájecí proud: 0,37A Příkon činný: 70W Příkon zdánlivý: 84VA cos φ: 0,83	
Proud ochr. vodičem přímá met.: I_{op} = mA Proud ochr. vodičem met. rozd. proudu: I_{or} = mA Dotykový proud přímá met.: I_{dp} = mA Dotykový proud met. rozd. proudu: I_{dr} = mA Náhradní unikající proud: I_n = mA Proud část síťová-příložná přím. met.: I_{slp} = mA Náhraní proud část příložná-přístupná : I_{nlp} = mA		Poznámky:	
Použité měřicí přístroje: Secutest SIII s.č.:3.117.183.01			
CELKOVÉ HODNOCENÍ SPOTŘEBIČE			
Zařízení je v pořádku a je schopno bezpečného provozu Poznámky:			
ZÁKAZNÍK			
Firma: Fakultní nemocnice Olomouc Adresa: I.P.Pavlova Olomouc 755 20		IČO: DIČ: tel: fax:	
REVIZNÍ TECHNIK			
Revizi provedl a protokol vystavil: Ing. Petr KŘENEK Evidenční číslo: 4805/9/06 R-EZ-E4/A Adresa: Technicare cz Ostrava		Razítko revizního technika a podpis: 	
Datum vystavení protokolu: 25.4.2008 Řádný termín příští revize: 25.4.2009			

SERVISNÍ VÝKAZ PRÁCE A VYÚČTOVÁNÍ PRÁCE

Jméno technika:

PK

Zhotovitel:

TECHNICARE

Technicare CZ, spol.s r.o.
Horní 73, 700 30 Ostrava 3, IČ: 268 17 802

Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20

Objednávka číslo:

DIS 0800310

Zakázka nahlášena

9.2.08

Zakázka ukončena

25.9.08

Oddělení:

II. CHIR. KLIMIKA ENDOSKOPIE

Druh servisní
činnosti

Způsob účtování

Objednaný výkon:

BTK EL. ODSÁVAČKY

X Pravidelná prohlídka

Kč / hod.

Záruční servis

Dohodou

Oprava

X Dle cenku

Smluvní servis

Dle smlouvy

Název přístroje:

ATMOLIT 26

Výrobní číslo:

20684241

Zařazení přístroje:

Popis práce :

Počet hodin

Výkon v Kč

Počet ks

Za jedn.

Celkem

PROVEDENÍ BTK + EL. ŽEVZE

1

1260

1260

Materiál:

Za jedn.

Celkem

Přístroj je/není schopen bezpečného provozu a odpovídá/neodpovídá technické specifikaci výrobce.

Ztráta času

Kč/hod.

Počet hod.

Dopravní náklady

Paušál

Náklady na přepravu

Celkem

Celkem bez DPH

1260

Technicare CZ, spol. s r.o.
Horní 266/73, 70030, Ostrava
DIČ: CZ26817802 IČ: 26817802

25.9.08
Datum

T. K.
Podpis zhotovitele

Potvrzujeme, že

a) vykázané práce byly námi objednány a odsouhlaseny

b) vykázané práce byly řádně odvedeny a námi převzaty

c) vykázaný čas odpovídá skutečnosti

d) souhlasíme se zúčtováním uvedeného použitého materiálu

e) souhlasíme s cenou v souladu se zákonem č. 526 / 90Sb.

.....
Datum

.....
Podpis objednatele