

OLYMPUS

zdravotní technika
Teplická 99, Piešťany
☎+421 337 968 112 Fax 337 722 628

1. odpor ochran. spojení			Ω		
2. unikající proud zem			mA		
3. unikající proud kryt			mA		
4. unikající proud pacient			mA		
5. unikající proud při poruše (max.)			mA		
6. příkon			VA		
7.					

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNĚ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

dne 11-09-2007

Jméno zkoušejícího

podpis

OLYMPUS C&S spol. s r.o.

160 41 Praha 6, Evropská 176/16

IČ: 14891972

Servis: Kolářův 47, 602 00 Brno

Tel.: 545 100 978 Fax: 545 100 971

Ing. Jiří Šlapal

FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE

OLYMPUS C&S spol. s r.o.

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.



DIN EN ISO 9001:2000
Certifikát: 01 100 065428