

OLYMPUS

Servis ČR**Servis SR**

spotřební elektronika zdravotní technika
Trnavská ul. 84, 821 02 Bratislava, Teplická 99, Piešťany
☎+421 244 457 933 ☎+421 337 968 112 Fax 337 722 628
Fax +421 244 457 935

ZÁKAZNÍK: Fakultní nemocnice Olomouc II. chir. klinika - endoskopie I.P.Pavlova 6 775 20 <u>Olomouc</u> DIČ: 379-00098892	PŘÍSTROJ:	VÝROBNÍ ČÍSLO:	DAT.PRODEJE:
	PSD-30	7100033	. .
	PŘÍSLUŠENSTVÍ:		

KONTROLA ☒ Periodická bezpečnostně technická kontrola ve smyslu zák.123/2000 sb. podle § 52. ☐ PO OPRAVĚ

VÝROBEK 1. ☐ zdravotnický dg.th. ☐ zdravotnický IVD ☐ ostatní
2. ☒ elektrický ☐ neelektrický

ZKOUŠENO DLE ČSN EN ☒ 60 601 - 1 ☐ předpis Olympus ☐

POUŽITÉ MĚŘICÍ ☒ secutest v.č.: ☐ MH9974710002 ☐ M53694458 ☒ MH9974710001 ☐
PŘÍSTROJE ☐ ☐ ☐

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU

1. napájení ☒ 1 fáz. ☐ 3 fáz. ☐ bateriové ☐ z předepsaného zdroje
2. třída ochrany ☒ I. ☐ II. ☒ I. + II. ☐ + bateriové
3. typ dle 601-1 ☐ B ☐ BF ☒ CF ☐ nevztahuje se

B) PROHLÍDKA

Legenda: J jednotky V vyhovuje NA nevztahuje se N nevyhovuje

	poznámka	naměř. hod.	J	V	NA	N
1. kryty, větrací otvory, držadla				✓		
2. ovládací a kontrolní prvky				✓		
3. přívody, vidlice, přívodka				✓		
4. nádoby na kapalinu				✓	✓	
5. propojovací prvky				✓		
6. příslušenství				✓		

C) ELEKTRICKÁ BEZPEČN

1. odpor ochran. spojení
2. unikající proud zem
3. unikající proud kryt
4. unikající proud pacient
5. unikající proud při poru (max.)
6. příkon
7.

D) FUNKČNÍ ZKOUŠKA PROVEDENA DLE PŘEDPISU OLYMPUS

☒ vyhověl

☐ nevyhověl

E) ZJIŠTĚNÍ, DOPORUČENÍ

F) ZÁVĚR KONTROLY

VÝROBEK KONTROLE

☒ VYHOVĚL A JE SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

☐ NEVYHOVĚL viz body

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNÉ PROVÉST DO 12 MĚSÍCŮ OD DATA POSLEDNÍ KONTROLY.

dne 11-09-2007

Jméno zkoušejícího

podpis

Ing. Jiří Šlapal

FLEXIBILNÍ ENDOSKOPIE

OLYMPUS C&S spol. s r.o.

OLYMPUS C&S spol. s r.o.

160 41 Praha 6, Evropská 176/16

IČ: 14891972

Servis: Koliště 47, 602 00 Brno

Tel.: 545 100 978, Fax: 545 100 971

Společnost OCS je registrována jako distribuční a servisní organizace ve smyslu zákona č. 123/2000 Sb. na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 pro prodej a servis zdravotnických prostředků.



DIN EN ISO 9001:2000
Certifikát: 01 100 055428