

Protokol č. HEM/07/38
o preventivní periodické kontrole zdravotnického přístroje
dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb (123/2000 Sb)

1. Přístroj:

- a) provozovatel: **Fakultní nemocnice Olomouc, IČ: 00098892**
- b) výrobce: **nhn electronics v.o.s. Přelouč, IČ: 62061097**
- c) typ: **HEMORON, nabíjecí adaptér 12061DC**
- d) výrobní číslo: **20/058** adaptér 12061DC: **2000/078**
- e) evidenční číslo: **19217**
- f) příložná část typu: **BF**
- g) třída ochrany: **Hemoron - přístroj s vlastním zdrojem energie 12V;**
nabíjecí adaptér 12061DC: II

2. prohlídka přístroje

- a) kryty, držadla, ovládací prvky: **vyhovující, bez závad**
- b) přívod rukojeti: **vyhovující, bez závad**
- c) kabel adaptéru 12061DC, konektor nabíjení: **vyhovující, bez závad**
- d) pomocná elektroda: **vyhovující, bez závad, (125 Ohm)**

3. měření přístroje

- a) nabíjecí adaptér 12061 DC
- izolační odpor: **větší než 20 MΩ**
- unikající proud síťová část-přístupná (přímá metoda): **0,006 mA**
- měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.990160

4. zkouška provozu:

- a) ztráta kontaktu: **vyhovuje**
- b) kontrola proudu viz tabulka ($R_Z = 1k\Omega$): **vyhovuje**

indikace [mA]	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	max
skut.hodnota[mA]	2,20	4,17	6,16	8,12	10,08	12,00	14,06	16,00	17,97	19,86	20,54

- c) kontrola nabíjení: $U_N = 13,95 \pm 0,05V$ **13,98V**
- d) maximální napětí elektrod $U_P = 33 V \pm 1,5V$ **34,5V**

5. označení na přístroji:

vyhovuje

6. celkový stav přístroje:

Revidovaný přístroj vyhovuje bezpečnostním požadavkům dle ČSN EN 60601-1.
Revidovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický
prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

7. termín další preventivní kontroly do: 24.10.2008

24. října 2007

.....


datum



v.o.s.

535 01 Přelouč, Příčná 1391

IČO: 62061097, DIČ: CZ 62061097



Nobilis

.....

kontroloval